

SIA "Veselības centrs „Bīķernieki”
Reģ. Nr. 40003320463

Iepirkuma procedūras
„Zobārstniecības iekārtas piegāde”
ID Nr. VCB 2016/02M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2015.)

Rīgā,

2016. gada 19. maijā

Pasūtītāja nosaukums: SIA "Veselības centrs „Bīķernieki”

Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2016/02M

Iepirkuma priekšmets: Zobārstniecības iekārtas, turpmāk arī Iekārta, piegāde, uzstādīšana, garantijas apkalpošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

CPV kods: 33130000-0 (Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes instrumenti)

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 19.04.2016.

Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētājas 08.01.2016. rīkojumu Nr.3:

Komisijas priekšsēdētāja-
komisijas locekļi-

I. Mežinska, valdes locekle,
O. Ostriкова, valdes locekle,
R. Tucika, galvenā māsa.

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Pretendentu piedāvātās cenas

N.p.k.	Pretendents	Piedāvātā līgumcena, <i>euro</i>
1.	SIA „NMS”	11 095,00
2.	SIA „ALTEX”	6 150,00

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums

SIA „NMS” ar līgumcenu EUR 11 095,00.

Pretendenta SIA „NMS” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem piedāvājumiem

Atzinumā konstatēts, ka SIA „ALTEX” piedāvājumā 9 pozīcijās ir neatbilstības starp tehnisko piedāvājumu un datiem datu brošūrā un lietotāja instrukcijā.

Pretendenta SIA „ALTEX” piedāvājumā tehniskās specifikācijas 1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.12., 1.4.3. pozīcijā ir neatbilstības starp tehnisko piedāvājumu un datiem datu brošūrā un lietotāja instrukcijā.

Iepriekšējie iekārtas pasūtītāji apliecinājuši, ka:

- garantijas laikā iekārtai sabojājies vadības panelis, kurš bijis jāpasūta un jāsaņem no ražotāja, kā rezultātā radusies iekārtas dīkstāve;
- iekārtas komplektā esošais ultraskaņas zobakmens noņēmējs nav darboties spējīgs, un ir nomainīts pret citu;
- mikromotora apgriezīnu regulators no vidējiem uz zemākiem apgriezieniem praktiski nedarbojas.

SIA „ALTEX” tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas pamatojoties uz Nolikuma 4.6., 5.1.3.4., 5.1.3.6. punkta noteikumiem, jo:

- attiecīgajās datu brošūras lappusēs nav redzams apliecinājums tehniskajā piedāvājumā norādītajam;
- pēc iepriekšējo pasūtītāju atzinumiem iekārta nav kvalitatīva un atbilstoša pasūtītāja vajadzībām.

Komisijas locekļi:

I. Mežinska

O. Ostriкова

R. Tucika