

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”
Reģ. Nr. 40003320463

Atklāts konkurss
„Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem”
ID Nr. VCB 2017/02K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā

2018. gada 24. janvārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006, reģistrācijas Nr. 40003320463

Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2017/02K

Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu (turpmāk arī Aparatūra vai Prece) piegāde izsniegšanai bērniem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), t.sk., programnodrošinājuma un datortehnikas piegāde un lietošanas tiesību piešķiršana Pasūtītājam uz visu līguma darbības laiku.
CPV kods: 33185000-0 (dzirdes aparāti).

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 15.12.2017.

Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētājas 09.01.2017. rīkojumu Nr.4:

Iepirkuma komisija:

priekšsēdētāja-
komisijas loceklī-

I. Mežinska, valdes locekle,
O. Ostriкова, valdes locekle;
R. Tucika, galvenā māsa.

Iepirkuma komisijas pieaicinātie eksperti- A. Bisenieks, jurists, publisko iepirkumu speciālists;
M. Audere, Bērnu dzirdes centra dzirdes akustiķe.

Protokolē komisijas locekle O. Ostriкова.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 5. janvāris, plkst.12:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, Veselības centrā „Biķernieki”, 123. kabinetā, 2018. gada 5. janvārī plkst. 12:00.

Pretendentu piedāvātās cenas

N.p.k.	Pretendents	Piedāvātā līgumcena, euro
1.	SIA „Dzirdes Serviss”	106 660,00
2.	SIA „Digiteks”	120 630,40

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums

SIA „Dzirdes Serviss” ar līgumcenu EUR 106 660,00.

Pretendenta SIA „Dzirdes Serviss” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem

Pretendenta SIA „Digiteks” tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas pamatojoties uz Nolikuma 5.1.2.5. punkta noteikumiem.

Pretendenta SIA „Digiteks” tehniskais piedāvājums 4 aparātiem kopskaitā 5 pozīcijās neatbilst Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām:

1. pakāpes vārdzirdībai paredzētajam aparātam *PHONAK Sky V50-M13* neatbilst prasītais frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 6,6 kHz;

2. pakāpes vārdzirdībai paredzētajam aparātam *PHONAK Sky V50-M* neatbilst prasītais frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 6,6 kHz;

4. pakāpes vārdzirdībai paredzētajam aparātam *PHONAK Sky SP* neatbilst prasītais frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 5,1 kHz;

5. pakāpes vārdzirdībai paredzētajam aparātam *PHONAK Sky V50-UP-*

- neatbilst prasītais frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,4 kHz, piedāvāts diapazons līdz 5,1 kHz;
- neatbilst prasītais programmēšanas diapazons līdz 125 dB, piedāvāts programmēšanas diapazons līdz 120 dB.

Komisijas locekļi:

I. Mežinska

O. Ostriкова

R. Tucika