

Skrīninga otoakustiskās emisijas aparāta ar printeri tehniskā specifikācija.

1. Skrīninga aparātā esošās PASS/REFER – atbildes pēc mērījuma veikšanas;
2. Ierīcē iebūvēta pārbaudes protokola forma;
3. Ierīcē apvienotas vismaz 2 veidu otoakustiskās emisijas atbildes, vismaz 2 otoakustiskās emisijas veidos: DPOAE un TEOAE;
4. LED displejs aparātā;
5. Ekrānā redzams rezultāta mērījuma grafiks atspoguļojums;
6. Augsta apkārtējo trokšņu noturība;
7. Bezvadu komunikācija ar datoru un printeri;
8. Iestatījama valoda.